

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार  
पत्रांक: आई0डी0एस0पी0/2021 / 3264 दिनांक: 20.05.2021

सेवा में,

प्रधानाचार्या  
पुलिस मॉडर्न स्कूल  
पुलिस लाइन्स हरिद्वार,

विषय- पानी के नमूने के सम्बन्ध में।

महोदया,

आपके विधालय के अनुरोध पत्र दिनांक 25.03.2021 के क्रम में कार्यवाही करते हुए, दिनांक 19-05-21 को मेरे द्वारा आपके विधालय के दो स्थानों से पीने के पानी के दो नमूने एकत्र किये। जिसमें कि दोनो परीक्षणों में  $H_2S$  किट जाँच में सैम्पल ऋणात्मक पाया गया तथा दोनो ही नमूनों में क्लोरीनेशन पाया गया। परीक्षणोपरान्त यह बात सामने आयी है कि यह पानी पीने योग्य तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति सन्तोषजनक है।

भवदीय

(डा० पंकज जैन)

जिला सर्विलेंस अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी  
हरिद्वार।

  
PRINCIPAL  
POLICE MODERN SCHOOL  
Police Line, Roshnabad  
Haridwar